

# АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ И СЫРЬЕ ДЛЯ ЕЕ ПРОИЗВОДСТВА

## Метод определения массовой концентрации свободного и общего диоксида серы

Издание официальное

ГОССТАНДАРТ РОССИИ  
Москва

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным учреждением — Всероссийским научно-исследовательским институтом пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности (ВНИИ ПБ и ВП), Техническим комитетом по стандартизации ТК 91 «Пивоваренная, безалкогольная и винодельческая продукция», Департаментом пищевой, перерабатывающей промышленности и детского питания Минсельхозпрода России и Рабочей группой, образованной в рамках программы TACIS.

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 24 октября 2000 г. № 274-ст

3 Настоящий стандарт гармонизирован с Регламентом ЕЭС 2676/90 Комиссии от 17 сентября 1990 г. (Официальный вестник Европейских Сообществ от 03.10.90), устанавливающим методы анализа, действующие в Сообществе в области производства вина, приложение, глава 25 «Диоксид серы» в части пунктов 1 и 2.3

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ИЗДАНИЕ (октябрь 2006 г.) с Поправкой (ИУС 3—2002)

© ИПК Издательство стандартов, 2000

© Стандартиформ, 2006

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

II

## Содержание

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Определения . . . . .	2
4 Аппаратура, материалы и реактивы . . . . .	2
5 Отбор проб . . . . .	2
6 Проведение определения . . . . .	2
7 Обработка результатов . . . . .	3
8 Метрологические характеристики . . . . .	3

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ И СЫРЬЕ ДЛЯ ЕЕ ПРОИЗВОДСТВА

## Метод определения массовой концентрации свободного и общего диоксида серы

The alcohol production and raw material for it producing.  
Method for determination of free and total sulphurous acid

Дата введения 2001—07—01

**1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на алкогольную продукцию и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки, винные, плодовые дистилляты и соки для промышленной переработки (далее — продукт) и устанавливает метод определения массовой концентрации свободного и общего диоксида серы.

Метод основан на окислении сернистой кислоты йодом в серную кислоту в кислой среде в присутствии крахмала. Связанная сернистая кислота предварительно разрушается под действием щелочи, а затем подкисленная серной кислотой, переводится в свободное состояние.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

- ГОСТ 1625—89 Формалин технический. Технические условия  
ГОСТ 1770—74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия  
ГОСТ 3158—75 Барий сернистый. Технические условия  
ГОСТ 4204—77 Кислота серная. Технические условия  
ГОСТ 4328—77 Натрия гидроокись. Технические условия  
ГОСТ 4919.1—77 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов  
ГОСТ 6709—72 Вода дистиллированная. Технические условия  
ГОСТ 8756.0—70 Продукты пищевые консервированные. Отбор проб и подготовка их к испытанию  
ГОСТ 10163—76 Крахмал растворимый. Технические условия  
ГОСТ 10652—73 Соль динатриевая этилендиамин-N,N,N',N' - тетрауксусной кислоты, 2-водная (трилон Б). Технические условия  
ГОСТ 24104—88\* Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия  
ГОСТ 24363—80 Калия гидроокись. Технические условия  
ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры  
ГОСТ 29169—91 (ИСО 648—77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой  
ГОСТ 29227—91 (ИСО 835-1—81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования  
ГОСТ 29251—91 (ИСО 385-1—84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования  
ГОСТ Р 51144—98 Продукты винодельческой промышленности. Правила приемки и методы отбора проб


\* С 1 июля 2002 г. действует ГОСТ 24104—2001.

Издание официальное

1

### 3 Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины, с соответствующими определениями:  
**свободный и связанный диоксид серы:** Диоксид серы, присутствующий в продукте в следующих формах  $\text{H}_2\text{SO}_3$  и  $\text{HSO}_3^-$ , равновесие которых является функцией рН и температуры:



**общий диоксид серы:** Совокупность разных форм диоксида серы, присутствующих в продукте в свободном состоянии или в соединении с его компонентами, миллиграмм на кубический дециметр (миллиграмм на литр).

### 4 Аппаратура, материалы и реактивы

Весы по ГОСТ 24104 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г, 3-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 1 кг.

Колбы конические по ГОСТ 25336 номинальной вместимостью 500 см<sup>3</sup>.

Пипетки по ГОСТ 29169 или ГОСТ 29227 номинальной вместимостью 1, 10, 50 см<sup>3</sup>.

Бюретки по ГОСТ 29251 номинальной вместимостью 25 см<sup>3</sup>.

Колба мерная по ГОСТ 29251 номинальной вместимостью 250 и 1000 см<sup>3</sup>.

Цилиндры мерные по ГОСТ 1770 вместимостью 10, 25, 50 и 250 см<sup>3</sup>.

Стаканы по ГОСТ 25336 номинальной вместимостью 150 и 250 см<sup>3</sup>.

Кислота серная по ГОСТ 4204 концентрированная и раствор массовой концентрации 180 г/дм<sup>3</sup>, х. ч.

Натрия гидроксид по ГОСТ 4328 или калия гидроксид по ГОСТ 24363, раствор молярной концентрации  $c(\text{NaOH})$  или  $c(\text{KOH}) = 4$  моль/дм<sup>3</sup>, взвешивают с погрешностью не более 0,1 г, х. ч.

Этилендиамин - N, N, N', N'-тетрауксусной кислоты соль динатриевая (трилон Б) по ГОСТ 10652, раствор массовой концентрации 30 г/дм<sup>3</sup>, взвешивают с погрешностью не более 0,1 г, х. ч.

Раствор крахмала по ГОСТ 10163, раствор готовят по ГОСТ 4919.1.

Иод, раствор молярной концентрации  $c(I_2) = 0,02$  моль/дм<sup>3</sup>, готовят ежедневно из раствора молярной концентрации  $c(I_2) = 0,1$  моль/дм<sup>3</sup>, который готовят из стандарт-титра (фиксанала), х. ч.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Формалин технический по ГОСТ 1625, раствор массовой концентрации 10 г/дм<sup>3</sup>.

Барий сернистый по ГОСТ 3158, х. ч.; суспензию готовят следующим образом: к 20 — 25 г сернистого бария добавляют 100 см<sup>3</sup> воды и перемешивают. Перед употреблением суспензию взбалтывают.

Допускается применять другие средства измерения с метрологическими и техническими характеристиками не хуже, а также реактивы по качеству не ниже вышеуказанных.

**(Поправка).**

### 5 Отбор проб

Отбор проб — по ГОСТ 8756.0, ГОСТ Р 51144.

### 6 Проведение определения

#### 6.1 Определение свободного диоксида серы

6.1.1 Для белых вин и других продуктов, не имеющих окраски

Из открытой бутылки (или другой тары) незамедлительно отмеряют пипеткой 50 см<sup>3</sup> продукта в коническую колбу вместимостью 500 см<sup>3</sup>, добавляют 3 см<sup>3</sup> раствора серной кислоты, по 1 см<sup>3</sup> растворов трилона Б и крахмала и сразу же титруют раствором йода до появления сине-фиолетовой окраски, не исчезающей 15 с.

При определении в дистилляты перед титрованием к пробе прибавляют 100 см<sup>3</sup> дистиллированной воды.

**(Поправка).**

6.1.2 Для красных вин и других окрашенных продуктов

Из открытой бутылки (или другой тары) незамедлительно отмеряют пипеткой в две конические колбы по 50 см<sup>3</sup> продукта, добавляют 3 см<sup>3</sup> раствора серной кислоты, по 1 см<sup>3</sup> растворов трилона Б и крахмала. Затем цилиндром добавляют по 50 см<sup>3</sup> суспензии сернистого бария. Смесь в одной из колб является сравнительной смесью. Смесь в другой колбе сразу же титруют раствором йода, сравнивая ее окраску с окраской сравнительной смеси. Так как осадок сернистого бария быстро

оседает, то сравнительную смесь периодически взбалтывают до получения однородной суспензии. Титрование заканчивают при появлении в окраске исследуемой смеси сине-фиолетового оттенка, не исчезающего 15 с.

### 6.2 Определение связанного диоксида серы

6.2.1 Сразу после титрования свободного диоксида серы (6.1.1) в колбу добавляют 8 см<sup>3</sup> раствора гидроксида натрия или калия, закрывают пробкой, перемешивают и оставляют на 5 мин. После этого прибавляют 10 см<sup>3</sup> раствора серной кислоты и незамедлительно титруют раствором йода до появления сине-фиолетовой окраски, не исчезающей 15 с. Вновь прибавляют 20 см<sup>3</sup> раствора гидроксида натрия или калия, перемешивают, закрывают пробкой и оставляют на 5 мин. Затем добавляют 200 см<sup>3</sup> дистиллированной воды температурой не выше 8 °С. Тщательно перемешивают, вносят 30 см<sup>3</sup> раствора серной кислоты и сразу же титруют раствором йода.

6.2.2 При исследовании красных вин и других продуктов, содержащих окраску, сразу после титрования свободного диоксида (6.1.2) дальнейшее определение проводят в соответствии с 6.2.1, но перед титрованием йодом в исследуемую смесь вносят 30 см<sup>3</sup> суспензии бария. В процессе титрования окраску исследуемой смеси сравнивают с окраской сравнительной смеси.

### 6.3 Внесение поправки на химические вещества, окисляемые йодом

При необходимости, для более точных определений, свободный диоксид серы связывают формалином. Для этого пипеткой отмеряют 50 см<sup>3</sup> продукта в коническую колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup>, добавляют 5 см<sup>3</sup> раствора формалина, колбу закрывают пробкой и оставляют на 30 мин. Дальнейшее определение проводят в соответствии с 6.1.1 или 6.1.2.

## 7 Обработка результатов

7.1 Массовую концентрацию свободного диоксида  $X_1$ , мг/дм<sup>3</sup> (мг/л), вычисляют по формуле

$$X_1 = 0,64 V_1 20, \quad (1)$$

где 0,64 — масса диоксида серы, соответствующая 1 см<sup>3</sup> раствора йода молярной концентрации  $c(1/2 J_2) = 0,02$  моль/дм<sup>3</sup>, мг;

$V_1$  — объем раствора йода молярной концентрации  $c(1/2 J_2) = 0,02$  моль/дм<sup>3</sup>, израсходованный на титрование свободного диоксида серы, см<sup>3</sup>;

20 — коэффициент пересчета результатов анализа на 1 дм<sup>3</sup>.

7.2 Массовую концентрацию общего диоксида серы  $X_2$ , мг/дм<sup>3</sup> (мг/л), вычисляют по формуле

$$X_2 = 0,64(V_1 + V_2 + V_3)20, \quad (2)$$

где  $V_2$  и  $V_3$  — объемы раствора йода молярной концентрации  $c(1/2 J_2) = 0,02$  моль/дм<sup>3</sup>, израсходованные на первое и второе титрование связанного диоксида серы, см<sup>3</sup>.

7.3 Массовую концентрацию свободного диоксида серы  $X_3$ , мг/дм<sup>3</sup> (мг/л) и общего диоксида серы  $X_4$ , мг/дм<sup>3</sup> (мг/л), с учетом поправки на химические вещества, окисляемые йодом, вычисляют по формулам

$$X_3 = 0,64 \cdot 20 (V_1 - V_4); \quad (3)$$

$$X_4 = 0,64 \cdot 20 (V_1 + V_2 + V_3 - V_4), \quad (4)$$

где  $V_4$  — объем раствора йода молярной концентрации  $c(1/2 J_2) = 0,02$  моль/дм<sup>3</sup>, израсходованный на титрование пробы, в которую был добавлен раствор формалина, см<sup>3</sup>.

Вычисления проводят до первого десятичного знака. За окончательный результат принимают среднеарифметическое значение двух параллельных определений, округленное до целого числа.

## 8 Метрологические характеристики

### 8.1 Сходимость

Разность результатов двух определений, полученных при анализе одной и той же пробы, одним и тем же лаборантом за короткий промежуток времени, при вероятности  $P = 0,95$  не должна превышать:

3 мг/дм<sup>3</sup> (мг/л) — для винных и плодовых дистиллятов;

1 мг/дм<sup>3</sup> (мг/л) — для остальных продуктов (раздел 1).

### 8.2 Воспроизводимость

Разность результатов двух отдельных и независимых определений, полученных двумя лаборантами, работающими в разных лабораториях с одной и той же пробой, при вероятности  $P = 0,95$  не должна превышать:

8 мг/дм<sup>3</sup> (мг/л) — для винных и плодовых дистиллятов;

9 мг/дм<sup>3</sup> (мг/л) — для остальных продуктов (раздел 1).

---

УДК 663.5.001.4:006.354

ОКС 67.080.10  
67.160.10

Н79

ОКСТУ 9108

Ключевые слова: алкогольная продукция, сырье для ее производства, диоксид серы свободный и общий, проведение определения, обработка результатов, метрологические характеристики

---

Редактор *Л.В. Коретникова*  
Технический редактор *Н.С. Гришанова*  
Корректор *В.Е. Нестерова*  
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Подписано в печать 25.10.2006. Формат 60x84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл.печ.л. 0,93.  
Уч.-изд.л. 0,50. Тираж 130 экз. Зак. 761. С 3408.

---

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.